



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιά & Αιγαίου
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»

ΥΠ. ΟΙΚΟΝ.
08-05-2025

1 14/66871
2 14/66872
3 14/66873

Βουλα : 8/8/2025

Αρ. έγκρισης Δ.Σ.:

Αρ.σύμβασης :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ"
Αριθ. Πρωτ. 2125
Θαύλα 08-05-2025
Συνημ.

ΤΜΗΜΑ : ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΡΟΣ: ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ	Περιγραφή Είδους όπως είναι & στην λίστα του υπό προκήρυξη διαγωνισμού	Κωδικ. Παρατ. ΕΠΥ	Τιμή Παρα τ ΕΠΥ	Ποσό τητα	Προϋπ. ανά είδος χωρίς Φ.Π.Α.	Κατηγορία Φ.Π.Α. (%)	Προϋπ.Φ. Π.Α. ανά είδος	Προϋπ. ανά είδος με Φ.Π.Α.	Λογιστήριο Υπάρχει πίστωση στον ΚΑ
	ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ. ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΟΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ 6 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ								

Υπεύθυνος
Γρ. διαχ/σης Υλικού

Ο Υπεύθυνος
Γρ. Προμηθειών

Ο Προϊστάμενος
Οικονομικού τμήματος

Ο / Η Αιτ-ών/ούσα

(12400/7127)

5KED ⇒ "Σωτηρία"

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ

✓ ΛΑΒΙΔΑ ΡΟΥΧΩΝ 1700006795 ✓ 18 EK.

✓ ΛΑΒΙΔΑ ΚΟΗΕΡ 17000031122 16 EK
17/9879

✓ ΨΑΛΙΔΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΟΣΤΙΛΛΕ ΕΥΘΥ 1700008385 14,5 EK
17/6696 5' ΣΩΤΗΡΙΑ

✓ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ 1700010998 16 EK
17/6648 12/59910 ΣΩΤΗΡΙΑ

✓ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ 1700003133 14,5 EK
17/6650 (αρχαία) // 17/6946 (25cm) // 17/6947 (30cm) ΣΩΤΗΡΙΑ

✓ ΛΑΒΙΔΑ - MOSQUITOS ΚΥΡΤΗ 1700012469 ✓ 12 EK

✓ ΛΑΒΙΔΑ - MOSQUITOS ΕΥΘΕΙΑ 1700012480 ✓ 12 EK

✓ ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ 1700002459 16 EK
17/7748 ΣΩΤΗΡΙΑ

✓ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΡΕΑΝ ΕΥΘΕΙΑ 1700006982 ✓ 14 EK

✓ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΡΕΑΝ ΚΥΡΤΗ 1700006979 ✓ 14 EK

✓ ΑΓΓΙΣΤΡΑ FARAΒΕΥF ΖΕΥΓΟΣ 1700002957 18 EK
12/3455 12/59902 ΣΩΤΗΡΙΑ

✓ ΛΑΒΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟΣΧΗΜΗ ΚΥΡΤΗ 1700006788 ✓ 18 EK

✓ ΛΑΒΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟΣΧΗΜΗ ΕΥΘΕΙΑ 1700006788 ✓ 18 EK

→ ΚΑΨΑ ΜΕΓΑΛΗ INOX 12/5099

→ ΚΑΨΑ ΜΕΣΑΙΑ INOX

→ ΚΑΨΑ ΜΙΚΡΗ INOX

→ ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ 20EK INOX 12/5571

→ ΛΕΚΑΝΕΣ INOX 13/6402

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, να είναι MAT και να έχουν άριστο φινίρισμα.
2. Να κατονομάζεται ρητώς και πλήρης επί ποινή αποκλεισμού (ονομασία, χώρα, διεύθυνση) ο κατασκευαστής- παραγωγός του κράματος των μετάλλων που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστικός οίκος για την κατασκευή των εργαλείων. Να διαθέτει πιστοποιητικό ISO σε ισχύ του παραγωγού του κράματος των μετάλλων και να βεβαιώνεται η συνεργασία τους.
3. Στα εργαλεία να φαίνονται αποτυπωμένα
 - α)Κωδικός που αντιστοιχεί στον κατάλογο του εργοστασίου.
 - β)SERIAL NUMBER του εργαλείου
 - γ)Επωνυμία εργοστασίου
 - δ)Επωνυμία της προμηθεύτριας εταιρείας
 - ε)CE και χρονολογία κατασκευής
4. Να υπάρχει συμφωνία μεγεθών των προσφερομένων εργαλείων με τα ζητούμενα και να προσφερθούν όλα τα είδη του σετ επί ποινή αποκλεισμού.
5. Να κατατεθεί εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας των εργαλείων για 10 έτη από τον κατασκευαστικό οίκο.
6. Να κατατεθούν με την προσφορά της τεχνικής αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις κατηγορίες των απαιτούμενων εργαλείων και απόλυτα σύμφωνα με τον όρο 3 των προδιαγραφών, επί ποινή αποκλεισμού.
7. Να υπάρχει δυνατότητα της προσφερόμενης εταιρείας για άμεση επισκευή και συντήρηση των χειρουργικών εργαλείων, με αποδεδειγμένη και εκπαιδευμένη δική της τεχνική υπηρεσία. Να κατατεθεί το ISO της προμηθεύτριας εταιρείας για εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.