

Ηλεκτροκίνητος κυκλικός αναστομωτήρας μιας χρήσης, διαμέτρου 22mm με διπλή γραμμή συρραφής και 3D κλιπ κυκλικής διατομής από κράμα τιτανίου(2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για αναστόμωση και ανπολισθητική επιφάνεια για ομοιόμορφη κατανομή της συμπίεσης του ιστού κατά τη κλείσιμο της κεφαλής. Να τεκμηριώνεται επιστημονικά το όφελος των παραπάνω στις αναστομωτικές διαφυγές. Διμεταβλητή επιλογή ύψους κλειστήματος κλιπ από 1.5mm - 2.2mm στο ίδιο εργαλείο ανάλογα με το πάχος του ιστού και ύψος ανοχτού κλιπ 5.2mm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A. Τεχνική Περιγραφή , σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 77/Συνεδρίαση 64/5-8-21 του ΔΣ της ΕΚΑΙΤΥ (ΑΔΑ-99ΚΑ46ΜΨΙΦ-ΠΧ3)

B. Τεχνικές Απαιτήσεις

1. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίζει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που θα δηλώνει ότι η προσφέρουσα θα ενημερώνεται για όλες τις πιθανές αναλήψεις απόσυρσης προϊόντων σχετικές με τα είδη που έχει προσφέρει στο διαγωνισμό
2. Για κάθε είδος στο οποίο προτείνεται αναλώσιμο που χρήζει συνοδό εξοπλισμό/γεννήτρια για να λειτουργήσει, ο μειοδότης οφείλει να παραχωρήσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό δωρεάν προς χρήση για όσο διάστημα διαρκέσει προμήθεια . Σε περίπτωση ύπαρξης συνοδού εξοπλισμού η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο πιστοποιημένο πρόσωπο από την κατασκευάστρια εταιρεία (πιστοποίηση ως δύο προηγούμενα έτη) για την τεχνική υποστήριξη στο χειρουργείο και εξουσιοδοτημένο τμήμα service με 24ωρη κάλυψη για πιθανό απαραίτητο συνοδό εξοπλισμού
3. Η προσφέρουσα εταιρεία υποχρεούται στην αντικατάσταση του είδους (ή των ειδών) που απαιτούνται για οποιοδήποτε λόγο.

PDF

Scanned with
M@BILE SCANNER