



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

14/66883
26-Mai-25
26/05/2025
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ"
Αριθ. Πρωτ. 2606
Βούλα 26/05/2025
Συντηρ.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

13/15881 (1439)

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ISUPPLIES ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΦΑΛΩΝ ABDOMINAL CONVEX C1-5-RS ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ LOGIQ P9 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ G9 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΥΠΕΡΗΧΟΙ) ΤΟΥ Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το με αρ. πρωτ. 4117/20-09-2024 Αίτημα το Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος

Παρακαλείστε όπως, αναρτήσετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαγωνισμών ISUPPLIES, το συνημμένο σχετικό Αίτημα του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος, που αφορά στην ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των δύο (2) κεφαλών ABDOMINAL CONVEX C1-5-RS, για του υπερηχοτομογράφου LOGIQ P9, των οποίων οι μεμβράνες έχουν φθαρεί και έχει μειωθεί σημαντικά η ευκρίνεια της εικόνας στις διαγνωστικές εξετάσεις.

Λόγω της φύσης της βλάβης, προτιμάται η αντικατάσταση των χαλασμένων κεφαλών με καινούριες, ώστε να υπάρξει και βελτιωμένη τελική τιμή προμήθειας.

Η επισκευή, θα χρεωθεί στον ακόλουθο Κ.Α.Ε. του Τμήματος ΒιΤ:

- Ανταλλακτικά (Κ.Α.Ε.: 1439)

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, δεν περιλαμβάνεται σε σύμβαση συντήρησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΚΕΦΑΛΩΝ ABDOMINAL

CONVEX C1-5-RS ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ LOGIQ P9 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GE:

1. Να κατατεθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας (από τον οίκο κατασκευής, για την ορθή και ασφαλή λειτουργία των προσφερόμενων ανταλλακτικών).
2. Η προσφορά, θα αναφέρεται σε υλικά γνήσια και αμεταχείριστα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή για την ορθή λειτουργία του μηχανήματος.
3. Να κατατεθεί βεβαίωση του οίκου κατασκευής του εξοπλισμού.
4. Πέραν του πιστοποιητικού καταλληλότητας, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδείξει την ικανότητα του να διαθέτει γνήσια και αμεταχείριστα ανταλλακτικά, προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή, για τον σκοπό αυτό, στις προσφορές πρέπει να περιλαμβάνεται με ποινή απόρριψης της προσφοράς: Υπεύθυνη Δήλωση ότι εγγυάται την παροχή και τοποθέτηση των απαιτούμενων αμεταχείριστων γνήσιων, προβλεπόμενων από τον κατασκευαστή αναλωσίμων, στον προαναφερόμενο εξοπλισμό. Η

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 216 3591-4055, Fax: 213 216 3086, E-mail: bioiatriki@asklepieio.gr

- γνησιότητα των χρησιμοποιημένων υλικών, μπορεί να πιστοποιηθεί όταν και εάν ζητηθεί από το Νοσοκομείο, με τα αντίστοιχα έγγραφα (π.χ. Δελτία Αποστολής κ.λπ.).
5. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει από ελαττωματικά υλικά στο προσωπικό του Νοσοκομείου, στο υπ' αυτόν ή τους ασθενείς καθώς επίσης και, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στα παρελκόμενα του μηχανήματος και γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.
 6. Να χορηγείται εγγύηση **έξι (6)** τουλάχιστον μηνών, αρχόμενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής λειτουργίας, μέσα στον οποίο θα εκτελούνται, χωρίς αμοιβή, οι απαιτούμενες συντηρήσεις, βλάβες και αντικαταστάσεις κατεστραμμένων εξαρτημάτων, που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής.
 7. Να κατατεθούν πιστοποιητικά EN ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016, EN ISO 37001 του προμηθευτή καθώς και EN ISO 13485:2016 του κατασκευαστικού οίκου & ΔΥ8δ/1348 του προμηθευτή με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 8. Να κατατεθούν πιστοποιητικά EN ISO 14001 για το περιβάλλον & Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ 117/2004 και 15/2006.
 9. Να κατατεθούν πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για την υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και τα Declaration Of Conformity των προσφερόμενων υλικών.
 10. Να υπάρξει αυστηρά φύλλο συμμόρφωσης (επί ποινή αποκλεισμού).

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

Συνημμένα:

- Το παραπάνω σχετικό έγγραφο

Εσωτερική διανομή (ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ):

- Προϊσταμένη Τ.Ε.Π.

- Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 216 3591-4055, Fax: 213 216 3086, E-mail: bioiatriki@asklepieio.gr