

Τεχνικές Προδιαγραφές για προμήθεια πρωτοξειδίου αζώτου (N₂O):

- Απαιτούνται 5 φιάλες N₂O των 37 kg η κάθε μία.
- Σύνολο 185 kg.
- Συμπεριλαμβάνεται ενοικίαση των φιαλών για 2 μήνες.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις παραδώσει στο Νοσοκομείο καθημερινές μέρες, ώρες εργασίες, στο κέντρο λήψεων αερίων του Νοσοκομείου.
- Η παραλαβή τους θα γίνει από τον Ανάδοχο με το πέρας της περιόδου ενοικίασης από τον ίδιο χώρο.
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο Ανάδοχος να έχει έδρα στο νομό Αττικής.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ISO 9001 για παραγωγή και διάθεση ιατρικών – φαρμακευτικών αερίων.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ISO 13485 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- Άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
- Το προσφερόμενο N₂O θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία: N₂O ≥ 98%, CO₂ ≤ 300ppm, CO ≤ 5ppm, NO_x ≤ 2ppm, H₂O ≤ 67ppm.
- Όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι με ποινή αποκλεισμού.