

14/68393

**Βιολογικοί δείκτες κατάλληλοι για έλεγχο αποστείρωσης φορτίου
σε κύκλους αποστείρωσης με υποβοήθηση κενού σε 132°C –
135°C και χρόνο επώασης εντός 10 λεπτών**

Συνοπτικές Προδιαγραφές

1. Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα έπειτα από επώαση εντός 10 λεπτών.
Κατάλληλοι για κύκλους αποστείρωσης με υποβοήθηση κενού σε 132°C-135°C.
2. Ο κατασκευαστής να διαθέτει EN ISO 13485 βάσει κατηγοριοποίησης ΕΛΟΤ.
3. Στη συσκευασία του προϊόντος να αναγράφονται: κωδικός και περιγραφή προϊόντος, αριθμός παρτίδας, βακτηριακό στέλεχος (το θρεπτικό υλικό να βρίσκεται σε γυάλινη αμπούλα για μεγαλύτερη ασφάλεια από κινδύνους επιμόλυνσης) και φορτίο, ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
4. Να διατίθεται δωρεάν συνοδός εξοπλισμός – επωαστήρας με φωτεινή ένδειξη του τελικού αποτελέσματος και εκτυπωτής για την εκτύπωση των παραμέτρων επώασης σε πραγματικό χρόνο για τη διατήρηση αρχείου (ιστορικού) και για δυνητικό έλεγχο. Ο επωαστήρας να διαθέτει προστατευτικό καπάκι για τη διατήρηση της θερμοκρασίας και την αποφυγή εισόδου μικροσωματιδίων που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας του φθορισμού. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για ποιοτικό έλεγχο και ιχνηλασιμότητα των διαδικασιών.

14/68394

**Βιολογικοί δείκτες κατάλληλοι για έλεγχο αποστείρωσης
φορτίου σε κύκλους αποστείρωσης με τη χρήση
Υπεροξειδίου του Υδρογόνου (H₂O₂ - PLASMA) και χρόνο
επώασης εντός 10 λεπτών**

Συνοπτικές Προδιαγραφές

1. Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα έπειτα από επώαση εντός 10 λεπτών.
2. Κατάλληλοι για κύκλους αποστείρωσης με χρήση Υπεροξειδίου του Υδρογόνου (H₂O₂ – PLASMA)
3. Ο κατασκευαστής να διαθέτει EN ISO 13485 βάσει κατηγοριοποίησης ΕΛΟΤ.
4. Στη συσκευασία του προϊόντος να αναγράφονται: κωδικός και περιγραφή προϊόντος, αριθμός παρτίδας, βακτηριακό στέλεχος (το θρεπτικό υλικό να βρίσκεται σε γυάλινη αμπούλα για μεγαλύτερη ασφάλεια από κινδύνους επιμόλυνσης) και φορτίο, ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
5. Να διατίθεται δωρεάν συνοδός εξοπλισμός – επωαστήρας με φωτεινή ένδειξη του τελικού αποτελέσματος και εκτυπωτής για την εκτύπωση των παραμέτρων επώασης σε πραγματικό χρόνο για τη διατήρηση αρχείου (ιστορικού) και για δυνητικό έλεγχο. Ο επωαστήρας να διαθέτει προστατευτικό καπάκι για τη διατήρηση της θερμοκρασίας και την αποφυγή εισόδου μικροσωματιδίων που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας του φθορισμού. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για ποιοτικό έλεγχο και ιχνηλασιμότητα των διαδικασιών.