



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Ν. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Δ4

Ημ/νία:

02.12.2025

Αρ. Αίτησης:

1400068971

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ -ΑΠΤΕΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΝΤΕ (5) SE STENTS ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΥΟ (2) 7mmX60cm, ΕΝΑ (1) 9mmX40mm,

ΕΝΑ (1) 9mmX60mm, ΕΝΑ (1) 9mmX80mm

2025 (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ) → 30 ΤΜΧ

A/A	Κωδικός	Είδος Υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
00001	1200061695 8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ (STENT) ΑΥΤΟΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	TEM	5

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ (STENT) ΑΥΤΟΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΛΗΦΟΡΑ .

Οι νάρθηκες θερμικής μνήμης α) να είναι κατασκευασμένοι από nitinol, β) να διατίθενται σε μήκη 30-150mm και διαμέτρους 4-14mm και να έχουν μηδενική συρρίκνωση κατά την έκπτυξη, γ) να μην μετακινούνται κατά την έκπτυξη, δ) να έχουν ελαστικότητα και λεία άκρα, ε) να διαθέτουν εργονομική λαβή απελευθέρωσης στ) να φέρουν ακτινοσκοπικούς δείκτες (markers) στα άκρα του stent. στ) να διέρχονται από θηκάρι 5ή 6Fr και ζ) να διατίθενται σε δυο μήκη φέροντα καθετήρα (περίπου 80 -120cm και 150cm) με δυνατότητα έγχυσης. Το υλικό του stent να επιτρέπει στον ασθενή να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία (μαγνητικό πεδίο τουλάχιστον 1,5Tesla). Τα stent να είναι αναγνωρισμένης αξίας στη διεθνή ιατρική κοινότητα (π.χ. να μπορούν να τεκμηριώσουν τη χρησιμοποίησή τους σε έμπειρα Κέντρα Επεμβατικής Ακτινολογίας). Η προσφορά να συνοδεύεται από δείγμα προς χρήση

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ