



Υπ. Οικον. Προϊατ. ΜΕΘΧ, ΤΗ. ΒΙΤ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
Αριθ. Πρωτ. 86.  
Βούλα 16/03/2026  
Συνημ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-03-2026

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

2<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

**ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

**ΣΧΕΤΙΚΑ:**

1. Το με αρ. πρωτ. 1127/12-03-2026 Αίτημα της ΜΕΘΧ
2. Η με Αρ. Πρωτ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 88028/ 12-09-2012 Εγκύκλιο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Μελετών & Προδιαγραφών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Υπουργείου Υγείας
3. Το με αρ. πρωτ. 16839/06-12-2013 έγγραφο του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ), αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (1) Εγγράφου της ΜΕΘΧ, σας ενημερώνουμε ότι, το φίλτρο ΜΧ για αναπνευστήρα PURITAN BENNETT 980, αποτελεί απόλυτη ανάγκη για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του μηχανήματος.

Λόγω του ότι, πρέπει να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα με τον υφιστάμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, η προμηθεύτρια Εταιρεία, θα πρέπει (**ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**), να διαθέτει Βεβαίωση/ Εξουσιοδότηση επίσημης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, από τον Κατασκευαστικό Οίκο.

Σας ενημερώνουμε ότι, το Τμήμα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, γνωματεύει ΜΟΝΟ για την αναγκαιότητα του αναλώσιμου υλικού του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και όχι για την ποσότητα (σχετικά -3- & -4-), για την οποία κάθε φορά, είναι αρμόδιο το Τμήμα και το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού του Νοσοκομείου.

**Συνημμένα:** Το σχετικό (1)

**Εσωτερική διανομή (ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ):**

- Προϊσταμένη ΜΕΘΧ
- Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 216 3600, E-mail: