


Να προσφερθεί πλήρες kit συγκόλλησης κεχρωσμένου latex επί πλακός για άμεσο προσδιορισμό της δοκιμασίας κουαγκουλάσης, τον διαχωρισμό του Staphylococcus aureus και τον διαχωρισμό MRSA και MSSA από άλλα είδη σταφυλόκοκκων μέσω τριών παραγόντων α/ του προσδιορισμού ύπαρξης της πρωτεΐνης Α β/ του παράγοντα πήξης και γ/ των ειδικών επιφανειακών αντιγόνων χαρακτηριστικών των Staphylococcus aureus. Το kit να έχει σε κλινικές απομονώσεις ευαισθησία >99% για τον MRSA και >99% για τον MSSA και ειδικότητα >95%. Το kit να περιέχει control latex (αρνητικό μάρτυρα) για κάθε εξέταση. Να έχει διάρκεια ζωής 12 μήνες από την παραγωγή.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Ν. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 2354
Βούλα 26/03/2026

Ημ/νία:

26.03.2026

Αίτησης:

1400070046

Δ4

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
STAPHYLOCOCCUS AUREUS LATEX KIT ΠΛΗΡΕΣ KIT ME CONTROL. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ MRSA ΚΑΙ MSSA
ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΠΛΗΡΕΣ KIT ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ.

A/A	Κωδικός	Είδος Υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
00001	1500005009	TEST ANIXNEYΣΗΣ S. aureus, protein A+CLUMPING FACTOR (ΣΗΡΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ) 2025 → φ	KIT	2