



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
2<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠ.ΟΙΚΟΠ., ΟΡΟ, ΥΜ.Ε  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ"  
Αριθ. Πρωτ. 9823  
Βούλα 19.03.26  
Συνημ.

ΒΟΥΛΑ 19/03/2026

19/03/26

14170105

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

17113811

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣ 70 ΜΟΙΡΩΝ , 5,8 mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ**

**ΣΧΕΤΙΚΑ:** Το με αρ. πρωτ. 660/19 -02-2026 Αίτημα της ΩΡΛ Κλινικής Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, χρειάζεται η προμήθεια ενός (1) ενδοσκοπίου λάρυγγος 70<sup>ο</sup>, 5,8mm διαμέτρου, 19cm μήκους, συμβατό με τον υπάρχοντα εξοπλισμό και ως εκ τούτου, σας παραθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣ 70 ΜΟΙΡΩΝ , 5,8 mm ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ, 19cm ΜΗΚΟΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1250 € +ΦΠΑ)

1. Το ενδοσκόπιο λάρυγγος να είναι 70<sup>ο</sup> γωνίας όρασης, 5,8mm διαμέτρου, 19cm μήκους.
2. Να είναι άκαμπτο, ψυχρού φωτισμού, σύγχρονης τεχνολογίας (τύπου HOPKINS II).
3. Να είναι μικρού βάρους, για να γίνεται εύκολα η ιατρική εξέταση, με εργονομικά σχεδιασμένη λαβή.
4. Να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι με ειδική επεξεργασία επιφάνειας ώστε να μην τραυματίζεται ο ασθενής κατά την διάρκεια της εξέτασης.
5. Να διαθέτουν adaptors και καλώδια μεταφοράς ψυχρού φωτισμού.
6. Να μπορούν να αποστειρωθούν με όλους τους τρόπους αποστείρωσης.
7. Να είναι συμβατό με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Νοσοκομείου, του ίδιου οίκου κατασκευής.
8. Να υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς σε αντικατάσταση του παλιού.
9. Να έχει σήμανση CE.
10. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
11. Να υπάρχει κάλυψη σε ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη για δέκα χρόνια.
12. Να υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης στη χρήση και στην λειτουργία ενδοσκοπίου.

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με συνημμένα):**

- Τμήμα ΩΡΛ Κλινικής
- Υποδιεύθυνση Τεχνικού – Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 216 3591, Fax: 213 216 3086, E-mail: bioiatriki@asklepiefio.gr