

**Τεχνικές προδιαγραφές συνθετικών πολύκλωνων ραμμάτων μέσης απορρόφησης (Πολυγλακτίνης)**

Να παρέχουν στήριξη ιστών για 14 ημέρες μετά την εμφύτευσή διατηρώντας 75% της αντοχής στην τάση.

Να παρέχουν στήριξη ιστών για 21 ημέρες μετά την εμφύτευσή διατηρώντας το 40% με 50% της αντοχής στην τάση.

Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε 56 με 70 ημέρες .

Οι βελόνες να είναι ανοξειδωτου χάλυβα σειράς 300 ώστε να αντιστέκονται στην κάμψη-στρεβλωση και να εξασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή αντίσταση διείσδυσης .

Να κατατεθεί το αντίστοιχο εμπορικό φυλλάδιο του κατασκευαστικού Οίκου στο οποίο θα αναφέρεται το προφίλ απορρόφησης του προσφερόμενου χειρουργικού ράμματος .

Απαραίτητος ο δειγματισμός του προσφερόμενου κωδικού προς αξιολόγηση επι ποινή απόρριψης .

Να κατατεθούν για κάθε τύπο συνθετικού απορροφήσιμου ράμματος δύο (2) κλινικές μελέτες που να προκύπτει η συμπεριφορά του ράμματος και όχι της πρώτης ύλης, μέσα στον ιστό δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά .